

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

– Rahmenvertrag über die Lieferung von Schutzausrüstung – Bundesministerium für Gesundheit

1. Liefertermin

Die erste Lieferung der angebotenen Schutzausrüstung muss spätestens bis zum 15.08.2020 erfolgen.

2. Produktionsstandort

Der Produktionsstandort der angebotenen Schutzausrüstung muss in Deutschland liegen.

3. Erfüllungsort

Fiege Logistik Stiftung & Co.KG, Sülzenbrücker Str. 7, 99192 Nesse-Apfelstädt

4. Anforderungen und Mindestliefermengen

Los	Artikel	Leistungsbeschreibung und -anforderungen	Mindestliefermenge: Stück pro Woche
1	FFP 2 Atemschutz- masken	Beschreibung: <ul style="list-style-type: none">• Atmungsaktives Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig)• Versehen mit einer Metallplatte an der Nasenspitze• Kann wiederverwendbar* (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein Normen/Standards: <ul style="list-style-type: none">• Atemschutzgerät "N95" gemäß FDA Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder <ul style="list-style-type: none">• "FFP2" gemäß EN 149 Verordnung 2016/425 Kategorie III oder gleichwertige Normen, auch KN95 (CHN)	100.000,00 Stk.

02_Leistungsbeschreibung

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gem. § §14 Abs. 4 Nr. 3 VgV
Rahmenvertrag über die Lieferung von Schutzausrüstung
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

2	OP-Masken	<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hohe Flüssigkeitsresistenz• Gute Atmungsaktivität• Innen- und Außenflächen sind eindeutig gekennzeichnet• Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z.B. Entenschnabel, becherförmig) <p>Normen/Standards:</p> <ul style="list-style-type: none">• EN 14683 Typ IIR Leistung• ASTM F2100 Stufe 2 oder Stufe 3 oder gleichwertig• Flüssigkeitswiderstand bei einem Druck von mindestens 120 mmHg basierend auf ASTM F1862-07, ISO 22609 oder gleichwertig• Atmungsaktivität: MIL-M-36945C, EN 14683 Anhang C, oder gleichwertig• Filtrationseffizienz: ASTM F2101, EN 14683 Anhang B oder gleichwertige Normen	100.000,00 Stk.
3	Schutzkittel	<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einmaliger Gebrauch, Einweg• Wadenlänge <p>Normen/Standards:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verordnung 2016/425• Richtlinie 93/42/EWG• Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II• EN 13795 jede Leistungsstufe• AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel oder gleichwertige Normen	10.000,00 Stk.